

HUS-Kuvantaminen	MENETTELYOHJE	Versio: 6	s. 1/1
Radiologia	Natiivi	Voimaantulopäivä: 1.1.2017	
Kantapään natiiviröntgen			

Kantapään natiiviröntgen

Kirjaaminen

NH2AA Kantapään natiiviröntgen

NH2YA Kantapään natiiviröntgen ilman lausuntoa

Projektiot

Peruskuvauk	Aksiaali: Sädesuunta 30–40 astetta kaudokraniaalisesti. Sivu
Sporn- eli kantapiikkiepäily	Sivu

Kuvaustekniikka

Kuvausjännite	50–55 kV
Fokus	Pieni
Hila	Ei käytetä

Liittyvät ohjeet

HUS-Kuvantamisen ohjeistus

- [Potilaan tunnistaminen ja tutkimuksen henkilötietojen varmistaminen](#)
- [Natiiviröntgentutkimusten yleisohje](#)
- [Potilaan kiinnittäminen ja avustaminen tutkimuksessa](#)
- [Potilaan säteilysuojaus röntgentutkimuksissa](#)
- [Tutkimuksen ja toimenpiteen kirjaaminen](#)
- [Kantapään natiiviröntgen, hyvän kuvan kriteerit](#)
- [Kantapään anatomia, natiiviröntgen](#)

Lisätietoja antaa

Natiiviohjetimi ja kehittämispäällikkö Eija Vartiainen

Laatija: Merja Wirtanen

Muut laatijat: Maria Einola;Annikki Leinonen;Kirsi Metsämäki;Antti Pitkänen;Raija Seuri

Liittyy tutkimuksiin: NH2AA Kantapään natiiviröntgen;

Liittyy tutkimusryhmään:

Lisätieto: Muutos edelliseen: liittyviä ohjeita korjattu

Jakelu, intranet: intranet: [Natiiviprosessi](#) > [Ohjeet omalle henkilökunnalle](#) > 1_Natiivikuvantamisen ohjeet > 6_Alaraajo-

jen natiiviröntgentutkimukset

internet: [Ammattilaiselle](#) > [HUS-Kuvantamisen ohjeet](#) > [Natiivitutkimukset](#) > Röntgenin menettelyohjeet