

<b>HUS-Kuvantaminen</b>	<b>MENETTELYOHJE</b>	Versio: 7	s. 1/2
Radiologia	Natiivi	Voimaantulopäivä: 1.1.2017	
Kefalometria, kallon mittaus röntgenillä			

## Kefalometria, kallon mittaus röntgenillä

### Kirjaaminen

**EB1MA** Kefalometria, kallon mittaus röntgenillä (sisältää lausunnon)

**EB3YA** Kefalometria, kallon mittaus röntgenillä (ilman lausuntoa)

- jos lausunto pyydetään myöhemmin erikseen, muutetaan tutkimusnimike lausunnon sisältäväksi nimikkeeksi. Tarvittaessa katso [Tutkimuksen ja toimenpiteen kirjaaminen](#) kohta 3.12.3.
- **Kallolateraalii- ja PA:** yksi kirjaus.

### Huomioitavaa

- Poistetaan kuvauksen ajaksi irralliset hammasproteesit ja oikomiskojeet sekä korut ja hiuskoristeet pään ja kaulan alueelta.
- Lateraalii- ja PA-kuvat:
  - Frankfort-taso on horisontaalisesti (orbitan alareuna ja korvakäytävän yläreuna vaakatasossa),
  - kuvataan suun ja leuan ollessa retruusioasemassa (alaleuka mahdollisimman taakse vietyinä) ja takahampaat kevyesti yhdessä sekä huulet rentona ja kevyesti yhdessä, jos mahdollista.
- Kallon rajausta yläosasta sekä lateraalikuvan osalta myös takaosasta tulee käyttää kliinikon tarpeiden mukaisesti, mikäli laitteessa on rajaushuomiosuus.

### Projektiot

<b>Peruskuvauk</b>	<b>Sivu</b>
<b>Erikseen pyydettyäessä</b>	<b>PA</b>

### Kuvaustekniikka

<b>Kuvausjännite</b>	68–85 kV
<b>Fokus</b>	Pieni
<b>Hila</b>	Ei käytetä

### Liittyvät ohjeet

#### HUS-Kuvantamisen ohjeistus

- [Potilaan tunnistaminen ja tutkimuksen henkilötietojen varmistaminen](#)
- [Natiiviröntgentutkimusten yleisohje](#)
- [Potilaan kiinnittäminen ja avustaminen tutkimuksessa](#)
- [Potilaan säteilysuojaus röntgentutkimuksissa](#)
- [Tutkimuksen ja toimenpiteen kirjaaminen](#)
- [Kefalometrinen kallo, hyvän kuvan kriteerit](#)
- [Kallon anatomia, natiiviröntgen](#)

#### Muut

- [Kefalometria uniapneapotilaiden diagnostiikassa](#) Käypä hoito –suositus 22.11.2010
- [Kieliluun aseman yhteys uniapneaan](#) Käypä hoito –suositus 22.11.2010

### Lisätietoja antaa

Natiiviohjeitiimi ja kehittämisspäällikkö Eija Vartiainen

<b>HUS-Kuvantaminen</b>	<b>MENETTELYOHJE</b>	Versio: 7	s. 2/2
Radiologia	Natiivi	Voimaantulopäivä: 1.1.2017	
	Kefalometria, kallon mittaus röntgenillä		

Laatija: Merja Wirtanen

Muut laatijat: Maria Einola;Annikki Leinonen;Kirsi Metsämäki;Antti Pitkänen;Raija Seuri;Anni Suomalainen

Liittyy tutkimuksiin: EB1MA Kefalometria, kallon mittaus röntgenillä (ilman lausuntoa);

Liittyy tutkimusryhmään:

Lisätieto: Muutos edelliseen: tarkennettu kirjausta jos kuvataan sekä lat että PA, lisätty ohjetta kallon yläosan rajaamisesta ja korjattu liittyviä ohjeita.

Jakelu, intranet: [Natiiviproessi](#) > [Ohjeet omalle henkilökunnalle](#) > 1\_Natiivikuvantamisen ohjeet > 1\_Pään natiiviröntgen-tutkimukset

internet: [Ammattilaiselle](#) > [HUS-Kuvantamisen ohjeet](#) > [Natiivitutkimukset](#) > Röntgenin menettelyohjeet