

HUS Kuvantaminen	MENETTELYOHJE	Versio: 7	s. 1/1
Radiologia	Natiivi	Voimaantulopäivä: 1.1.2019	
Kyynärvarren natiiviröntgen			

Kyynärvarren natiiviröntgen

Kirjaaminen

NC2AA Kyynärvarren natiiviröntgen

NC2YA Kyynärvarren natiiviröntgen ilman lausuntoa

Projektit

Peruskuvaus	AP Sivu
--------------------	--------------------

Kuvaustekniikka

Kuvausjännite	50–55 kV
Fokus	Pieni
Hila	Ei käytetä

Liittyvät ohjeet

HUS Kuvantamisen menettelyohjeet

- [Natiiviröntgentutkimusten yleisohje](#)
- [Potilaan säteilysuojaus röntgentutkimuksissa](#)
- [Lapsen luustoröntgen](#) (ent, murtumaseula)
- [Kyynärvarren natiiviröntgen, hyvän kuvan kriteerit](#)
- [Kyynärnivelen anatomia, natiiviröntgen](#) ja [Ranteen anatomia, natiiviröntgen](#)

Lisätietoja antaa

Natiiviohjeitiimi ja kehittämisspäällikkö Eija Vartiainen

Laatija: Merja Wirtanen

Muut laatijat: Aku Ahonen; Hanna Pietikäinen; Raija Seuri; Tomi Suo-Yrjö

Liittyy tutkimuksiin: NC2AA Kyynärvarren natiiviröntgen;

Liittyy tutkimusryhmään:

Lisätieto: Ohje tarkistettu, ei muutoksia.

Tunniste: 119

Jakelu, intranet: Natiiviprosessi > Ohjeet omalle henkilökunnalle > 1_Natiivikuvantamisen ohjeet > 5_Yläraajojen natiiviröntgentutkimukset

internet: [Ammattilaiselle](#) > [HUS-Kuvantamisen ohjeet](#) > [Natiivitutkimukset](#) > Röntgenin menettelyohjeet