

HUS Kuvantaminen	MENETTELYOHJE	Versio: 9	s. 1/1
Radiologia	Natiivi	Voimaantulopäivä: 3.9.2018	
Lapaluun natiiviröntgen			

Lapaluun natiiviröntgen

Kirjaaminen

NB4AA Lapaluun natiiviröntgen

NB4YA Lapaluun natiiviröntgen ilman lausuntoa

Projektiot

Peruskuvauk	AP sivu
--------------------	----------------

Kuvaustekniikka

Kuvausjännite	Aikuiset: 65–70 kV Lapset: 55–60 kV
Fokus	Pieni
Hila	Aikuiset: Käytetään Lapset: Ei käytetä

Liittyvät ohjeet

HUS Kuvantamisen ohjeistus

- [Potilaan tunnistaminen ja tutkimuksen henkilötietojen varmistaminen](#)
- [Natiiviröntgentutkimusten yleisohje](#)
- [Potilaan avustaminen röntgentutkimuksissa](#)
- [Potilaan säteily suojaus röntgentutkimuksissa](#)
- [Tutkimuksen ja toimenpiteen kirjaaminen](#)
- [Lapaluun natiiviröntgen, hyvän kuvan kriteerit](#)
- [Lapaluun anatomia, natiiviröntgen](#)

Lisätietoja antaa

Natiiviohjeitiimi ja kehittämispäällikkö Eija Vartiainen

Laatija: Merja Wirtanen

Muut laatijat: Maria Einola; Hanna Pietikäinen; Antti Pitkänen; Raija Seuri; Tomi Suo-Yrjö

Liitty tutkimuksiin: NB4AA Lapaluun natiiviröntgen;

Liitty tutkimusryhmään:

Lisätieto: Ohje tarkistettu, ei muutoksia

Tunniste: 124

Jakelu, intranet: Natiiviprosessi > Ohjeet omalle henkilökunnalle > 1_Natiivikuvantamisen ohjeet > 5_Yläraajojen natiiviröntgentutkimukset

internet: [Ammattilaiselle](#) > [HUS-Kuvantamisen ohjeet](#) > [Natiivitutkimukset](#) > Röntgenin menettelyohjeet