

HUS Kuvantaminen	MENETTELYOHJE	Versio: 8	s. 1/1
Radiologia	Natiivi	Voimaantulopäivä: 1.1.2019	
	Olkavarren natiiviröntgen		

Olkavarren natiiviröntgen

Kirjaaminen

NB6AA Olkavarren natiiviröntgen

NB9YA Olkavarren natiiviröntgen ilman lausuntoa

Projektiot

Peruskuvauk	AP Sivu
--------------------	--------------------

Kuvaustekniikka

Kuvausjännite	60–70 kV
Fokus	Pieni
Hila	Aikuiset: käytetään Lapset: ei käytetä

Liittyvät ohjeet

HUS Kuvantamisen ohjeistus

- [Natiiviröntgentutkimusten yleisohje](#)
- [Potilaan säteily suojaus röntgentutkimuksissa](#)
- [Olkavarren natiiviröntgen, hyvän kuvan kriteerit](#)
- [Olkavarren anatomia, natiiviröntgen](#)

Lisätietoja antaa

Natiiviohjetimi ja kehittämisspällikkö Eija Vartiainen

Laatija: Merja Wirtanen

Muut laatijat: Aku Ahonen; Hanna Pietikäinen; Raija Seuri; Tomi Suo-Yrjö

Liittyy tutkimuksiin: NB6AA Olkavarren natiiviröntgen;

Liittyy tutkimusryhmään:

Lisätieto: Projektoiden nimet selkeytetty AP ja sivu.

Tunniste: 133

Jakelu, intranet: Natiiviprosessi > Ohjeet omalle henkilökunnalle > 1_Natiivikuvantamisen ohjeet > 5_Yläraajojen natiiviröntgentutkimukset

internet: [Ammattilaiselle](#) > [HUS-Kuvantamisen ohjeet](#) > [Natiivitutkimukset](#) > Röntgenin menettelyohjeet